

Dyfraktometr rentgenowski MiniFlex 600



Opis techniczny:

Dyfraktometr rentgenowski proszkowy Rigaku MiniFlex 600 z anodą Cu o mocy 600W.

Aparat, typu biurkowego, jest wyposażony w goniometr typu theta-2theta

Parametry techniczne:

maksymalna użyteczna moc lampy rentgenowskiej - 600W
maksymalne napięcie lampy - 40kV
maksymalny prąd lampy - 15mA
optyka typu Bragg-Brentano
zakres pomiarowy - $0,5 \div 156^\circ 2\theta$

Wyposażenie:

detektor scyntylicyjny SC
monochromator grafitowy, ze zgiętym kryształem, dla promieniowania CuK_α
automatyczna szczelina dywergencyjna
automatyczny zmieniacz próbek
uchwyt specjalny do preparatów próbek ilastych

Nazwa handlowa: Dyfraktometr rentgenowski Rigaku MiniFlex 600

Więcej szczegółów: </equipment/dyfraktometr-rentgenowski-3/>

Rodzaj dostępu: Zewnętrzna

Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy

Osoba kontaktowa: Bajda Tomasz

Osoba kontaktowa - adres strony www: <https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html>

Jednostka odpowiedzialna: Wydziałowe Laboratorium Badań Fazowych, Strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicznych

Grupa / laboratorium / zespół: Wydziałowe Laboratorium Badań Fazowych, Strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicznych

Data ostatniej aktualizacji: 10 czerwca 2023 23:02

Rok wprowadzenia do użytkowania: 2012

Obszary badawcze IDUB:

(POB 5) Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną

Możliwości badawcze:

jakościowa i ilościowa analiza próbek stałych
analiza minerałów ilastych o strukturze mieszanopakietowej
wyznaczanie wielkości kryształitów, wskaźników uporządkowania struktury, wielkości parametrów sieciowych, wielkości współczynników absorpcji masowej metodą bezpośrednią
identyfikacja słabo krystalicznych minerałów metodą DXRD
udokładnianie struktury faz krystalicznych

Możliwości pomiarowe:

Rejestracja rentgenogramów preparatów próbek:

- proszkowych wykonanych metodami ładowania: od góry, od tyłu, z boku
- litych płaskich, zawiesin cieczowych o różnej gęstości, cieczy

Rejestracja rentgenogramów preparatów próbek:

- w trybie krokowym i ciągłym
- nasyconych różnego rodzaju cieczami

Warunki udostępniania infrastruktury:

- zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: <http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Regulamin-WLBFSTiG.pdf> - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami AGH i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów NCN, NCBiR i w ramach umów z przemysłem